



Equipo diseñado y fabricado para realizar los ensayos descritos en el **anexo A** de la norma **IRAM-NM 60884**.

Ensayos:

- A.1 Sistemas polarizados, fase (L) y neutro (N) – conexión correcta:
Verificación de continuidad y polaridad de Fase y neutro aplicando una tensión de 24 Vca.
- A.2 Continuidad de tierra:
Verificación de continuidad entre el extremo libre del conductor y la espiga de tierra aplicando una tensión de 24Vca.
- A.3 Cortocircuito/conexión incorrecta y disminución de las líneas de fuga y distancias en aire entre la fase (L) o el neutro (N) y la tierra:
El ensayo se realiza aplicando del lado de la ficha, por un período de 2 s una tensión de:
 - 1250 V \pm 10 % para accesorios de tensión nominal hasta e inclusive 130 V;
 - 2000 V \pm 10 % para accesorios de tensión nominal superior a 130 V;

Características Técnicas

- Ensayo de Rigidez Dieléctrica:
 - Tensión de ensayo: **2000 Vca** (opcional 1250 Vca).
 - Tensión aplicada entre **Fase y Neutro**.
 - Tensión aplicada entre **Fase-Neutro y Tierra**.
 - LED indicador de falla.
 - Tiempo y secuencia de ensayo controlada por microcontrolador.
- Probador de continuidad y Polaridad:
 - **Línea** (Fase).
 - **Neutro**.
 - **Tierra**.
 - Tensión aplicada: **24Vca**.
 - Indicador luminoso.
- Dimensiones: 350 x 370 x 250 (h) mm aprox.
- Alimentación: 220Vca 50Hz.
- Peso del equipo: 30 Kg.
- De acuerdo a: **IRAM-NM 60884**.



Tel. (+54 0341) 222 1272
 contacto@seguridadelectrica.com
www.seguridadelectrica.com
 Industria Argentina